



## UTILISATION ET MAINTENANCE

### GAMME STERIPLUS™

ACCESSOIRES  
CONSOMMABLES POUR L'UTILISATION  
COURANTE  
PIÈCES D'USURE  
KITS DE MAINTENANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES  
CONSOMMABLES POUR LA QUALIFICATION/  
VALIDATION

### TESALYS

Adresse principale  
7, rue du Cassé  
31240 Saint-Jean (Toulouse)  
France

Tel. +33 5 62 10 18 91  
info@tesalys.fr

[www.tesimalys.fr](http://www.tesimalys.fr)

## ACCESSOIRES

Réf.	Description	
10000-030	Panier de déchargement standard STERIPLUS™ 20	
10000-029	STERIPLUS™ 40	
10000-058	STERIPLUS™ 80	
AC-0033	Poignée pour panier de déchargement	
AC-0025 AC-0028	Système de déchargement TesaXtract™ STERIPLUS™ 40 STERIPLUS™ 80	
AC-0027	Bac de rétention STERIPLUS™ 20/40	
AC-0038	STERIPLUS™ 80 STERISHRED® 250	

Réf.	Description	
AC-0029	Marchepied de sécurité pour STERIPLUS™ 80	
OP-0006	Support pour indicateurs chimiques et biologiques	
AC-0030 AC-0023	Accessoires de nettoyage : Chiffon Brosse à poils durs pour le nettoyage des joints Brosse de nettoyage pour cuve	
	Purificateur d'air pour la neutralisation des odeurs : <b>Nous consulter.</b>	

## CONSOMMABLES POUR L'UTILISATION COURANTE

Réf.	Description	
CO-0040	TESANET Filets/housses en coton biodégradable pour panier de déchargement standard et système TESAXTRACT Lot de 150	
CO-0039	TESABOX 20 Cartons avec sac interne pour DASRI pour STERIPLUS™ 20/40/80 Minimum 350 pcs	
CO-0029	TESABOX 40 Cartons avec sac interne pour DASRI pour STERIPLUS™ 40/80 Minimum 350 pcs	
CO-0054	TESABOX 80 Cartons avec sac interne pour DASRI pour STERIPLUS™ 80 Minimum 350 pcs	
CO-0035	TESABAG Sacs à déchets biologiques autoclavables - couleur rouge Lot de 200	

Réf.	Description	
CO-0036	TESABAG Sacs à déchets biologiques autoclavables - couleur jaune Lot de 200	
KI-0006	PROLL20 Papier imprimante Boîte de 20	
CO-0028	Capsules désodorisantes parfum pêche Pot de 100	
CO-0037	Poudre absorbant les odeurs - 400 g Boîte de 6	
	Boîte à aiguilles (gamme 1L à 3L) <b>Nous consulter</b>	

Photos non contractuelles



# PIÈCES D'USURE

Réf.	Description		
CO-0001	Cartouche d'adoucisseur pour STERIPLUS™ 20, 40, 80		
CO-0012	Filtre microbiologique 0,2 µm		
JO-0016	Joint pour filtre microbiologique		
20000-061 20000-437	Joint de porte de <b>CHARGEMENT</b> STERIPLUS™ 20/40 STERIPLUS™ 80		
20000-208 20000-152 20000-415	Joint de porte de <b>DÉCHARGEMENT</b> STERIPLUS™ 20 STERIPLUS™ 40 STERIPLUS™ 80		
CO-0007	Colle silicone pour joints de porte		
JO-0010	Joint torique pour filtre métallique		
CO-0024	Huile pour compresseur ou pour lubrification du broyeur - 500 ml		
CO-0005	Huile pour réducteur - 2 L		
20000-316	Joint racleur pour presseur pour STERIPLUS™ 20/40		
20000-458	Joint racleur pour presseur pour STERIPLUS™ 80		

Photos non contractuelles



## KITS DE MAINTENANCE ET PIÈCES DÉTACHÉES

Réf.	Description	
KI-0017 KI-0013V01 KI-0016V01	Kit de maintenance préventive annuelle (ou 1200 cycles) STERIPLUS™ 20 STERIPLUS™ 40 STERIPLUS™ 80	
KI-0018 KI-0003V01 KI-0014	Kit de première urgence STERIPLUS™ 20 STERIPLUS™ 40 STERIPLUS™ 80	
KI-0009 KI-0026	Kit de démarrage STERIPLUS™ 20/40 STERIPLUS™ 80	

## CONSOMMABLES POUR LA QUALIFICATION/VALIDATION

Réf.	Description	
CO-0038	Test de dureté de l'eau	
CO-0055	Indicateurs chimiques de stérilisation	
CO-0025	Indicateurs biologiques de stérilisation	
AC-0013	Incubateur pour indicateurs biologiques	

Photos non contractuelles

Design: digeek.fr — Illustrations: © Clément Debeir / Agence SapientSapiens, © Christian Rivière, © Fobila — Réf. T13-002-FR  
Les informations techniques, photos, illustrations de cette brochure ne sont pas contractuelles. Elles peuvent être modifiées sans avis préalable.



 Conçu et fabriqué en France  
(conforme à la norme NFX 30-503-1 et approuvé par le LNE)

 Conformité **CE** (Directive Européenne 2006/42/EEC,  
normes harmonisées sécurité machines)

 Conforme aux normes internationales (EN 554 et  
EN ISO 17665-1) et aux recommandations de l'OMS



**STERIPLUS™ 20**  
2/5 kg/h



**STERIPLUS™ 40**  
4/10 kg/h



**STERIPLUS™ 80**  
8/20 kg/h